

检验检测机构 资质认定证书附表



160308340738

检验检测机构名称：河北天正燃气设备检测有限公司

批准日期：2021年04月23日

有效期至：2022年09月12日

批准部门：河北省市场监督管理局



国家认证认可监督管理委员会制



一、批准河北天正燃气设备检测有限公司非食品授权签字人及领域表

证书编号：160308340738

地址：河北省保定市高碑店市军城办事处崔中旺村

第1页共 1页

序号	姓名	职务/职称	批准授权签字领域	备注
1	丁路芬	检测室主任/高级工程师	本次评审通过的通用设备制造业类参数	新增
2	高鹏	检测员/工程师	本次评审通过的通用设备制造业类参数	新增
3	孙建新	质量负责人/工程师	2016年9月13日（证书编号：160308340738）通过的小型锅炉、锅炉参数本次评审不考核；本次评审通过的通用设备制造业类参数	维持
4	陈铁	办公室主任/工程师	本次评审通过的通用设备制造业类参数	新增



第 10 页

二、批准河北天正燃气设备检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：160308340738

地址：河北省保定市高碑店市军城办事处崔中旺村

第1页共 2页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)细则	限制范围	说明
		序号	名称			
三	通用设备制造业					
4	燃气采暖热水炉	4.1	燃气系统密封性	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010 条款7.2.1	不能做试验4	扩项
		4.2	水路系统密封性	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010 条款7.2.3		扩项
		4.3	热输入和热输出试验	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010 条款7.3	不能做采暖热输入的调节准确度、点火热输入；只做天然气器具，试验用气按供方要求	扩项
		4.4	调节装置、控制装置和安全装置表面温升	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010 条款7.4.1.1		扩项
		4.5	预清扫时间	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010 条款7.4.5.1.2		扩项
		4.6	极限热输入时CO含量试验	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010 条款7.6.2	只做天然气器具，试验用气按供方要求	扩项
		4.7	不完全燃烧	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010 条款7.6.3.1		扩项
		4.8	热效率试验	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010 条款7.7	部分负荷下采暖热效率只能做试验方法间接方法，只做天然气器具，试验用气按供方要求	扩项
		4.9	温控器故障试验	燃气采暖热水炉 GB 25034-2010 条款7.8.2		扩项
		4.10	能效等级	家用燃气快速热水器和燃气采暖热水炉能效限定值及能效等级 GB 20665-2015 条款5.3 5.4		扩项
5	民用水暖煤炉	5.1	基本要求	民用水暖煤炉通用技术条件 GB 16154-2018 条款6.1		扩项
		5.2	制造要求	民用水暖煤炉通用技术条件 GB 16154-2018 条款6.1	不能做炉瓦(胆)、隔热和保温材料	扩项
		5.3	水压试验	民用水暖煤炉通用技术条件 GB 16154-2018 条款6.4		扩项
		5.4	热性能指标	民用水暖煤炉性能试验方法 GB 16155-2018 条款4.5,6		扩项
6	生物质炊事采暖炉	6.1	基本要求	生物质炊事采暖炉具通用技术条件 NB/T 34007-2012 条款6.1		扩项
		6.2	制造要求	生物质炊事采暖炉具通用技术条件 NB/T 34007-2012 条款6.1	不能做炉瓦(胆)、隔热和保温材料	扩项
		6.3	水压试验	生物质炊事采暖炉具通用技术条件 NB/T 34007-2012 条款6.3		扩项
		6.4	热性能指标	生物质炊事采暖炉具试验方法 NB/T 34008-2012 条款5.6		扩项

二、批准河北天正燃气设备检测有限公司非食品检验检测的能力范围

证书编号：160308340738

地址：河北省保定市高碑店市军城办事处崔中旺村

第2页共 2页

序号	类别(产品/项目/参数)	产品/项目/参数		依据的标准(方法)名称及编号(含年号)细则	限制范围	说明
		序号	名称			
7	冷凝式燃气暖浴两用炉	7.1	额定冷凝热输出试验	冷凝式燃气暖浴两用炉 CJ/T 395-2012 条款 7.2	只做天然气器具, 试验用气按供方要求	扩项
		7.2	冷凝液排放及收集装置密封性试验	冷凝式燃气暖浴两用炉 CJ/T 395-2012 条款 7.3	只做天然气器具, 试验用气按供方要求	扩项
		7.3	热效率试验	冷凝式燃气暖浴两用炉 CJ/T 395-2012 条款 7.6	只做天然气器具, 试验用气按供方要求	扩项
8	家用和类似用途电器	8.1	输入功率	家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求 GB 4706.1-2005 条款10		扩项
		8.2	泄漏电流和电气强度	家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求 GB 4706.1-2005 条款13		扩项

